

# Świadectwo Kontroli Jakości

## Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **BC**

Symbol katalogowy **CBMBC-6**

**PRZEZNACZENIE:**  
do różnicowania bakterii  
z rodzaju *Moraxella*  
od bakterii z rodzaju *Neisseria*

**Seria 2301**  
**Data ważności 202401**

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
1. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
2. Nadruk na krążku	BC	potwierdzone
3. Kolor krążka	pomarańczowy	potwierdzone
4. Substancja aktywna	glukoza i błękit bromotymolowy	potwierdzone
5. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona w temp. 35°C przez 24 godz.  zmiana zabarwienia wokół krążka i/lub pod  niebiesko-zielona żółta	potwierdzone  zmiana zabarwienia  potwierdzone potwierdzone
<i>Moraxella catarrhalis</i> ATCC 25238 <i>Neisseria sp.</i> ATCC 23970		

**Przeprowadzona kontrola jakości**

Kraków 01.2023

