

Świadectwo Kontroli Jakości

Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **BV**

Symbol katalogowy **CBMBV-11**

PRZEZNACZENIE:
do różnicowania pałeczek
z rodzaju *Haemophilus*

Seria 2301
Data ważności 202401

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
1. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
2. Nadruk na krażku	BV	potwierdzone
3. Kolor krażka	biało-kremowy	potwierdzone
4. Substancja aktywna	bacytracyna B, czynnik V	potwierdzone
1. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona w temp. 35°C przez 24 godz. strefa wzrostu (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją)	potwierdzone strefa wzrostu
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49247	brak wzrostu w pobliżu krażka	potwierdzone
<i>Haemophilus parainfluenzae</i> ATCC 7901	wzrost w pobliżu krażka	potwierdzone

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 01.2023

