

Świadectwo Kontroli Jakości

Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **BX**

Symbol katalogowy **CBMBX-10**

PRZEZNACZENIE:
do różnicowania pałeczek
z rodzaju *Haemophilus*

Seria 2301
Data ważności 202401

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
1. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
2. Nadruk na krążku	BX	potwierdzone
3. Kolor krążka	oliwkowy	potwierdzone
4. Substancja aktywna	bacytracyna B, czynnik X	potwierdzone
5. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona w temp. 35°C przez 24 godz. strefa wzrostu (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją)	potwierdzone strefa wzrostu
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49247	brak wzrostu w pobliżu krążka	potwierdzone
<i>Haemophilus parainfluenzae</i> ATCC 7901	brak wzrostu w pobliżu krążka	potwierdzone

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 02.01.2023

