

Świadectwo Kontroli Jakości

Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne GV

Symbol katalogowy **CBMGV-7**

PRZEZNACZENIE:
do identyfikacji
Gardnerella vaginalis

Seria 2301
Data ważności 202401

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
1. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
2. Nadruk na krążku	GV	potwierdzone
3. Kolor krążka	biały	potwierdzone
4. Substancja aktywna	bacytracyna 0,2 j/krążek	potwierdzone
5. Reakcja wobec szczepów wzorcowych <i>Gardnerella vaginalis</i> ATCC 14018	na podłożu Columbia z 5% krwią ludzką w temp. 35°C przez 24 godz. w atm. 5-10 % CO ₂ strefa zahamowania wzrostu 18-29 mm	potwierdzone strefa zahamowania wzrostu 24 mm

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 01.2023

