

# Świadectwo Kontroli Jakości

## Quality Control Certificate

**Krażki diagnostyczne GV**

Symbol katalogowy **CBMGV-7**

**PRZEZNACZENIE:**  
do identyfikacji  
*Gardnerella vaginalis*

**Seria 2304**  
**Data ważności 2024.04**

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
1. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
2. Nadruk na krążku	GV	potwierdzone
3. Kolor krążka	biały	potwierdzone
4. Substancja aktywna	bacytracyna 0,2 j/krążek	potwierdzone
5. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Columbia z 5% krwią ludzką w temp. 35°C przez 24 godz. w atm. 5-10 % CO <sub>2</sub>  strefa zahamowania wzrostu	potwierdzone  strefa zahamowania wzrostu
<i>Gardnerella vaginalis</i> ATCC 14018	<b>18-29 mm</b>	<b>22 mm</b>

**Przeprowadzona kontrola jakości**

Kraków 04.2023

