

Świadectwo Kontroli Jakości

Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **N**

Symbol katalogowy **CBMN-5**

PRZEZNACZENIE:
do identyfikacji

Seria 2301
Data ważności 202401

Staphylococcus saprophyticus

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
1. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
2. Nadruk na krążku	N	potwierdzone
3. Kolor krążka	biały	potwierdzone
4. Substancja aktywna	nowobiocyna	potwierdzone
5. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona w temp. 35°C przez 24 godz. strefa zahamowania wzrostu (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją)	potwierdzone strefa zahamowania wzrostu
<i>Staphylococcus saprophyticus</i> <i>Staphylococcus epidermidis</i>	ATCC 49453 ATCC 12228	9 mm 31-33 mm
		9 mm 31 mm

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 01.2023

