

Świadectwo Kontroli Jakości

Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne O

Symbol katalogowy **CBMO-8**

PRZEZNACZENIE:
do określania w moczu

Seria 2301
Data ważności 202401

307
i innych płynach ustrojowych
obecności czynnika hamującego
wzrost bakterii Gram-dodatnich
i/lub Gram-ujemnych

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
1. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
2. Nadruk na krążku	bez nadruku	potwierdzone
3. Kolor krążka	biały	potwierdzone
4. Jałowość	badanie jałowości wykonano zgodnie z FP VI	potwierdzone

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 01.2023

