

# Świadectwo Kontroli Jakości

## Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne Op

Symbol katalogowy CBMOP-2

**PRZEZNACZENIE:**  
do różnicowania szczepów  
*Streptococcus pneumoniae*

**Seria 2301**  
**Data ważności 202401**

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
1. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 6 mm	potwierdzone
2. Nadruk na krażku	Op	potwierdzone
3. Kolor krażka	biały	potwierdzone
4. Substancja aktywna	chlorowodorek etylohydrokupyreiny	potwierdzone
5. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona z 5% krwią baranią w temp. 35°C przez 24 godz.  strefa zahamowania wzrostu (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją)	potwierdzone  strefa zahamowania wzrostu
<i>Streptococcus pneumoniae</i> 6305	ATCC <b>20-25 mm</b>	<b>24 mm</b>

**Przeprowadzona kontrola jakości**

Kraków 01.2023

