

# Świadectwo Kontroli Jakości

## Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne Op

Symbol katalogowy CBMOP-2

**PRZEZNACZENIE:**  
do różnicowania szczepów  
*Streptococcus pneumoniae*

**Seria 2304**  
**Data ważności 2024.04**

| Parametry                            | Teoretyczne wyniki   | Uzyskane wyniki                                |
|--------------------------------------|--|--|
| 1. Wygląd                            | Krażek bibułowy o średnicy 6 mm  | potwierdzone                                   |
| 2. Nadruk na krażku                  | Op   | potwierdzone                                   |
| 3. Kolor krażka                      | biały  | potwierdzone                                   |
| 4. Substancja aktywna                | chlorowodorek etylohydrokupyreiny  | potwierdzone                                   |
| 5. Reakcja wobec szczepów wzorcowych | na podłożu Mueller-Hintona z 5% krwią baranią w temp. 35°C przez 24 godz.<br><br>strefa zahamowania wzrostu (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją) | potwierdzone<br><br>strefa zahamowania wzrostu |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> 6305 | ATCC<br><b>20-25 mm</b>  | <b>24 mm</b>                                   |

**Przeprowadzona kontrola jakości**

Kraków 04.2023

