

Świadectwo Kontroli Jakości

Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **SP**

Symbol katalogowy **CBMSP-1**

PRZEZNACZENIE:
do identyfikacji
Streptococcus pyogenes

Seria 2301
Data ważności 2024.01

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
1. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
2. Nadruk na krążku	SP	potwierdzone
3. Kolor krążka	biały	potwierdzone
4. Substancja aktywna	bacytracyna 0,04 j/krążek	potwierdzone
5. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona z 5% krwią baranią w temp. 35°C przez 24 godz. strefa zahamowania wzrostu (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją)	potwierdzone strefa zahamowania wzrostu
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615 <i>Streptococcus β-hemolityczny gr. B</i> ATCC 12386	13-19 mm 9 mm	18 mm 9 mm

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 01.2023

