

Świadectwo Kontroli Jakości

Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne EF

Symbol katalogowy CBMEF-3

PRZEZNACZENIE:
do różnicowania szczepów
Enterococcus faecalis
i *Enterococcus faecium*

Seria 2306
Data ważności 2024.06

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
11. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
12. Nadruk na krażku	EF	potwierdzone
13. Kolor krażka	biały	potwierdzone
14. Substancja aktywna	chlerek 2,3,5 trifenylotetrazoliny i NaCl	potwierdzone
15. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona w temp. 35°C przez 24 godz. wzrost i nasilenie zabarwienia (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją) wzrost na całej linii posiewu oraz charakterystyczne zabarwienie od koloru różowego do ciemno bordowego zarówno na linii posiewu jak i pod krażkiem	potwierdzone strefa wzrostu i zmiany zabarwienia
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212		potwierdzone
<i>Enterococcus faecium</i> ATCC 27270	równomierny wzrost na całej linii posiewu przy równoczesnym braku zabarwienia	potwierdzone
<i>Streptococcus bovis</i> ATCC 49475	zahamowanie wzrostu na linii posiewu wokół krażka	potwierdzone

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 06.2023



