

# Świadectwo Kontroli Jakości

## Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **F**

Symbol katalogowy **CBMF-4**

**PRZEZNACZENIE:**  
do różnicowania bakterii  
z rodzaju *Staphylococcus*  
od bakterii z rodzaju *Micrococcus*

Seria **2306**  
Data ważności **202406**

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
11. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
12. Nadruk na krążku	F	potwierdzone
13. Kolor krążka	jasno żółty	potwierdzone
14. Substancja aktywna	furazolidon	potwierdzone
15. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona w temp. 35°C przez 24 godz.  strefa zahamowania wzrostu (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją)	potwierdzone  strefa zahamowania wzrostu
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 <i>Micrococcus luteus</i> ATCC 9341	<b>26-29 mm</b> <b>9 mm</b>	<b>27 mm</b> <b>9 mm</b>

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 06.2023



