

Świadectwo Kontroli Jakości

Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **O**

Symbol katalogowy **CBMO-8**

PRZEZNACZENIE:
do określania w moczu

Seria 2304
Data ważności 202404

307
i innych płynach ustrojowych
obecności czynnika hamującego
wzrost bakterii Gram-dodatnich
i/lub Gram-ujemnych

| Parametry | Teoretyczne wyniki | Uzyskane wyniki |
|---------------------|--|-----------------|
| 5. Wygląd | Krażek bibułowy o średnicy 9 mm | potwierdzone |
| 6. Nadruk na krążku | bez nadruku | potwierdzone |
| 7. Kolor krążka | biały | potwierdzone |
| 8. Jałowość | badanie jałowości wykonano zgodnie z FP VI | potwierdzone |

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 04.2023

