

Świadectwo Kontroli Jakości

Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne GV

Symbol katalogowy **CBMGV-7**

PRZEZNACZENIE:
do identyfikacji
Gardnerella vaginalis

Seria 2309
Data ważności 2024.09

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
11. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
12. Nadruk na krążku	GV	potwierdzone
13. Kolor krążka	biały	potwierdzone
14. Substancja aktywna	bacytracyna 0,2 j/krążek	potwierdzone
15. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Columbia z 5% krwią ludzką w temp. 35°C przez 24 godz. w atm. 5-10 % CO ₂ strefa zahamowania wzrostu	potwierdzone strefa zahamowania wzrostu
<i>Gardnerella vaginalis</i> ATCC 14018	18-29 mm	22 mm

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 09.2023



