

Świadectwo Kontroli Jakości

Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **SP**

Symbol katalogowy **CBMSP-1**

PRZEZNACZENIE:
do identyfikacji
Streptococcus pyogenes

Seria 2304
Data ważności 2024.04

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
5. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
6. Nadruk na krążku	SP	potwierdzone
7. Kolor krążka	biały	potwierdzone
8. Substancja aktywna	bacytracyna 0,04 j/krążek	potwierdzone
6. Reakcja wobec szczepów wzorcowych <i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615 <i>Streptococcus β-hemolityczny gr. B</i> ATCC 12386	na podłożu Mueller-Hintona z 5% krwią baranią w temp. 35°C przez 24 godz. strefa zahamowania wzrostu (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją) 13-19 mm 9 mm	potwierdzone strefa zahamowania wzrostu 18 mm 9 mm

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 04.2023

