

# Świadectwo Kontroli Jakości

## Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **EF**

Symbol katalogowy **CBMEF-3**

**PRZEZNACZENIE:**  
do różnicowania szczepów  
*Enterococcus faecalis*  
i *Enterococcus faecium*

Seria **2311**  
Data ważności **2024.11**

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
36. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
37. Nadruk na krażku	EF	potwierdzone
38. Kolor krażka	biały	potwierdzone
39. Substancja aktywna	chlerek 2,3,5 trifenylotetrazoliny i NaCl	potwierdzone
40. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona w temp. 35°C przez 24 godz.  wzrost i nasilenie zabarwienia (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją)  wzrost na całej linii posiewu oraz charakterystyczne zabarwienie od koloru różowego do ciemno bordowego zarówno na linii posiewu jak i pod krażkiem	potwierdzone  strefa wzrostu i zmiany zabarwienia
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212		potwierdzone
<i>Enterococcus faecium</i> ATCC 27270	równomierny wzrost na całej linii posiewu przy równoczesnym braku zabarwienia	potwierdzone
<i>Streptococcus bovis</i> ATCC 49475	zahamowanie wzrostu na linii posiewu wokół krażka	potwierdzone

**Przeprowadzona kontrola jakości**

Kraków 11.2023



