

Świadectwo Kontroli Jakości
Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne BC

Symbol katalogowy **CBMBC-6**

PRZEZNACZENIE:
do różnicowania bakterii
z rodzaju *Moraxella*
od bakterii z rodzaju *Neisseria*

Seria 2402
Data ważności 202502

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
21. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
22. Nadruk na krążku	BC	potwierdzone
23. Kolor krążka	pomarańczowy	potwierdzone
24. Substancja aktywna	glukoza i błękit bromotymolowy	potwierdzone
25. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona w temp. 35°C przez 24 godz. zmiana zabarwienia wokół krążka i/lub pod niebiesko-zielona żółta	potwierdzone zmiana zabarwienia potwierdzone potwierdzone
<i>Moraxella catarrhalis</i> ATCC 25238 <i>Neisseria sp.</i> ATCC 23970		

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 02.2024

