

# Świadectwo Kontroli Jakości

## Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **BX**

Symbol katalogowy **CBMBX-10**

**PRZEZNACZENIE:**  
do różnicowania pałeczek  
z rodzaju *Haemophilus*

**Seria 2309**  
**Data ważności 2024.09**

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
16. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
17. Nadruk na krążku	BX	potwierdzone
18. Kolor krążka	oliwkowy	potwierdzone
19. Substancja aktywna	bacytracyna B, czynnik X	potwierdzone
20. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona w temp. 35°C przez 24 godz.  strefa wzrostu (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją)	potwierdzone  strefa wzrostu
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49247	brak wzrostu w pobliżu krążka	potwierdzone
<i>Haemophilus parainfluenzae</i> ATCC 7901	brak wzrostu w pobliżu krążka	potwierdzone

**Przeprowadzona kontrola jakości**

Kraków 09.2023



