

Świadectwo Kontroli Jakości

Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **O**

Symbol katalogowy **CBMO-8**

PRZEZNACZENIE:
do określania w moczu
307
i innych płynach ustrojowych
obecności czynnika hamującego
wzrost bakterii Gram-dodatnich
i/lub Gram-ujemnych

Seria 2401
Data ważności 202501

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
17. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
18. Nadruk na krążku	bez nadruku	potwierdzone
19. Kolor krążka	biały	potwierdzone
20. Jałowość	badanie jałowości wykonano zgodnie z FP VI	potwierdzone

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 01.2025

