

Świadectwo Kontroli Jakości

Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **SP**

Symbol katalogowy **CBMSP-1**

PRZEZNACZENIE:
do identyfikacji
Streptococcus pyogenes

Seria 2309
Data ważności 2024.09

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
13. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
14. Nadruk na krążku	SP	potwierdzone
15. Kolor krążka	biały	potwierdzone
16. Substancja aktywna	bacytracyna 0,04 j/krążek	potwierdzone
8. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona z 5% krwią baranią w temp. 35°C przez 24 godz. strefa zahamowania wzrostu (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją)	potwierdzone strefa zahamowania wzrostu 17 mm 9 mm
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615 <i>Streptococcus β-hemolityczny gr. B</i> ATCC 12386	13-19 mm 9 mm	

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 09.2023



