

Świadectwo Kontroli Jakości

Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **BV**

Symbol katalogowy **CBMBV-11**

PRZEZNACZENIE:
do różnicowania pałeczek
z rodzaju *Haemophilus*

Seria **2311**
Data ważności **2024.11**

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
17. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
18. Nadruk na krążku	BV	potwierdzone
19. Kolor krążka	biało-kremowy	potwierdzone
20. Substancja aktywna	bacytracyna B, czynnik V	potwierdzone
5. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona w temp. 35°C przez 24 godz.	potwierdzone
	strefa wzrostu (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją)	strefa wzrostu
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49247	brak wzrostu w pobliżu krążka	potwierdzone
<i>Haemophilus parainfluenzae</i> ATCC 7901	wzrost w pobliżu krążka	potwierdzone

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 11.2023

