

Świadectwo Kontroli Jakości

Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **BVX**

Symbol katalogowy **CBMBVX-9**

PRZEZNACZENIE:
do wykrywania i izolacji
pałeczek z rodzaju *Haemophilus*

Seria **2311**
Data ważności **2024.11**

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
11. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
12. Nadruk na krażku	BVX	potwierdzone
13. Kolor krażka	oliwkowo-szary	potwierdzone
14. Substancja aktywna	bacytracyna B, czynnik V i X	potwierdzone
15. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona w temp. 35°C przez 24 godz. strefa wzrostu (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją) wzrost w pobliżu krażka wzrost w pobliżu krażka	potwierdzone strefa wzrostu potwierdzone potwierdzone
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49247 <i>Haemophilus parainfluenzae</i> ATCC 7901		

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 11.2023



