

Świadectwo Kontroli Jakości

Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **BX**

Symbol katalogowy **CBMBX-10**

PRZEZNACZENIE:
do różnicowania pałeczek
z rodzaju *Haemophilus*

Seria 2311
Data ważności 2024.11

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
21. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
22. Nadruk na krążku	BX	potwierdzone
23. Kolor krążka	oliwkowy	potwierdzone
24. Substancja aktywna	bacytracyna B, czynnik X	potwierdzone
25. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona w temp. 35°C przez 24 godz.	potwierdzone
	strefa wzrostu (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją)	strefa wzrostu
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49247	brak wzrostu w pobliżu krążka	potwierdzone
<i>Haemophilus parainfluenzae</i> ATCC 7901	brak wzrostu w pobliżu krążka	potwierdzone

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 11.2023



