

Świadectwo Kontroli Jakości

Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **BVX**

Symbol katalogowy **CBMBVX-9**

PRZEZNACZENIE:
do wykrywania i izolacji
pałeczek z rodzaju *Haemophilus*

Seria 2405
Data ważności 2025.05

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
16. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
17. Nadruk na krażku	BVX	potwierdzone
18. Kolor krażka	oliwkowo-szary	potwierdzone
19. Substancja aktywna	bacytracyna B, czynnik V i X	potwierdzone
20. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona w temp. 35°C przez 24 godz. strefa wzrostu (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją) wzrost w pobliżu krażka wzrost w pobliżu krażka	potwierdzone strefa wzrostu potwierdzone potwierdzone
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49247 <i>Haemophilus parainfluenzae</i> ATCC 7901		

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 05.2024



