

Świadectwo Kontroli Jakości

Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **F**

Symbol katalogowy **CBMF-4**

PRZEZNACZENIE:
do różnicowania bakterii
z rodzaju *Staphylococcus*
od bakterii z rodzaju *Micrococcus*

Seria **2405**
Data ważności **202505**

1

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
21. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
22. Nadruk na krążku	F	potwierdzone
23. Kolor krążka	jasno żółty	potwierdzone
24. Substancja aktywna	furazolidon	potwierdzone
25. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona w temp. 35°C przez 24 godz. strefa zahamowania wzrostu (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją)	potwierdzone strefa zahamowania wzrostu
<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Micrococcus luteus</i>	ATCC 25923 ATCC 9341 26-29 mm 9 mm	26 mm 9 mm

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 05.2024

