

Świadectwo Kontroli Jakości

Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne GV

Symbol katalogowy **CBMGV-7**

PRZEZNACZENIE:
do identyfikacji
Gardnerella vaginalis

Seria 2405
Data ważności 2025.05

| Parametry | Teoretyczne wyniki | Uzyskane wyniki |
|---|---|--|
| 21. Wygląd | Krażek bibułowy o średnicy 9 mm | potwierdzone |
| 22. Nadruk na krążku | GV | potwierdzone |
| 23. Kolor krążka | biały | potwierdzone |
| 24. Substancja aktywna | bacytracyna 0,2 j/krążek | potwierdzone |
| 25. Reakcja wobec szczepów wzorcowych | na podłożu Columbia z 5% krwią ludzką w temp. 35°C przez 24 godz. w atm. 5-10 % CO ₂ strefa zahamowania wzrostu | potwierdzone strefa zahamowania wzrostu |
| <i>Gardnerella vaginalis</i> ATCC 14018 | 18-29 mm | 24 mm |

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 05.2024



