

Świadectwo Kontroli Jakości

Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne Op

Symbol katalogowy CBMOP-2

PRZEZNACZENIE:
do różnicowania szczepów
Streptococcus pneumoniae

Seria 2405
Data ważności 2025.05

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
13. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 6 mm	potwierdzone
14. Nadruk na krażku	Op	potwierdzone
15. Kolor krażka	biały	potwierdzone
16. Substancja aktywna	chlorowodorek etylohydrokupyreiny	potwierdzone
8. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona z 5% krwią baranią w temp. 35°C przez 24 godz. strefa zahamowania wzrostu (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją)	potwierdzone strefa zahamowania wzrostu
<i>Streptococcus pneumoniae</i> 6305	ATCC 20-25 mm	22 mm

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 05.2024



