

# Świadectwo Kontroli Jakości

## Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **SP**

Symbol katalogowy **CBMSP-1**

**PRZEZNACZENIE:**  
**do identyfikacji**  
***Streptococcus pyogenes***

**Seria 2405**  
**Data ważności 2025.05**

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
21. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
22. Nadruk na krążku	SP	potwierdzone
23. Kolor krążka	biały	potwierdzone
24. Substancja aktywna	bacytracyna 0,04 j/krążek	potwierdzone
10. Reakcja wobec szczepów wzorcowych  <i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615 <i>Streptococcus β-hemolityczny gr. B</i> ATCC 12386	na podłożu Mueller-Hintona z 5% krwią baranią w temp. 35°C przez 24 godz.  strefa zahamowania wzrostu (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją)  <b>13-19 mm</b> <b>9 mm</b>	potwierdzone  strefa zahamowania wzrostu  <b>15 mm</b> <b>9 mm</b>

**Przeprowadzona kontrola jakości**

Kraków 05.2024



