

# Świadectwo Kontroli Jakości

## Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **BVX**

Symbol katalogowy **CBMBVX-9**

**PRZEZNACZENIE:**  
do wykrywania i izolacji  
pałeczek z rodzaju *Haemophilus*

**Seria 2406**  
**Data ważności 2025.06**

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
21. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
22. Nadruk na krażku	BVX	potwierdzone
23. Kolor krażka	oliwkowo-szary	potwierdzone
24. Substancja aktywna	bacytracyna B, czynnik V i X	potwierdzone
25. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona w temp. 35°C przez 24 godz.  strefa wzrostu (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją)  wzrost w pobliżu krażka wzrost w pobliżu krażka	potwierdzone  strefa wzrostu  potwierdzone potwierdzone
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49247 <i>Haemophilus parainfluenzae</i> ATCC 7901		

**Przeprowadzona kontrola jakości**

Kraków 06.2024



