

Świadectwo Kontroli Jakości

Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **N**

Symbol katalogowy **CBMN-5**

PRZEZNACZENIE:
do identyfikacji

Seria 2311
Data ważności 2024.11

Staphylococcus saprophyticus

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
16. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
17. Nadruk na krążku	N	potwierdzone
18. Kolor krążka	biały	potwierdzone
19. Substancja aktywna	nowobiocyna	potwierdzone
20. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona w temp. 35°C przez 24 godz. strefa zahamowania wzrostu (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją)	potwierdzone strefa zahamowania wzrostu
<i>Staphylococcus saprophyticus</i> ATCC 49453 <i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	9 mm 31-33 mm	9 mm 31 mm

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 11.2023



