

# Świadectwo Kontroli Jakości

## Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **N**

Symbol katalogowy **CBMN-5**

**PRZEZNACZENIE:**  
do identyfikacji

**Seria 2405**  
**Data ważności 2025.05**

***Staphylococcus saprophyticus***

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
21. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
22. Nadruk na krążku	N	potwierdzone
23. Kolor krążka	biały	potwierdzone
24. Substancja aktywna	nowobiocyna	potwierdzone
25. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona w temp. 35°C przez 24 godz.  strefa zahamowania wzrostu (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją)	potwierdzone  strefa zahamowania wzrostu
<i>Staphylococcus saprophyticus</i> ATCC 49453 <i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	<b>9 mm</b> <b>31-33 mm</b>	<b>9 mm</b> <b>31 mm</b>

**Przeprowadzona kontrola jakości**

Kraków 05.2024



