

# Świadectwo Kontroli Jakości

## Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **BV**

Symbol katalogowy **CBMBV-11**

**PRZEZNACZENIE:**  
do różnicowania pałeczek  
z rodzaju *Haemophilus*

**Seria 2406**  
**Data ważności 2025.06**

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
29. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
30. Nadruk na krążku	BV	potwierdzone
31. Kolor krążka	biało-kremowy	potwierdzone
32. Substancja aktywna	bacytracyna B, czynnik V	potwierdzone
8. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona w temp. 35°C przez 24 godz.	potwierdzone
	strefa wzrostu (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją)	strefa wzrostu
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49247	brak wzrostu w pobliżu krążka	potwierdzone
<i>Haemophilus parainfluenzae</i> ATCC 7901	wzrost w pobliżu krążka	potwierdzone

**Przeprowadzona kontrola jakości**

Kraków 06.2024



