

Świadectwo Kontroli Jakości

Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **BX**

Symbol katalogowy **CBMBX-10**

PRZEZNACZENIE:
do różnicowania pałeczek
z rodzaju *Haemophilus*

Seria 2406
Data ważności 2025.06

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
31. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
32. Nadruk na krążku	BX	potwierdzone
33. Kolor krążka	oliwkowy	potwierdzone
34. Substancja aktywna	bacytracyna B, czynnik X	potwierdzone
35. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona w temp. 35°C przez 24 godz. strefa wzrostu (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją)	potwierdzone strefa wzrostu
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49247	brak wzrostu w pobliżu krążka	potwierdzone
<i>Haemophilus parainfluenzae</i> ATCC 7901	brak wzrostu w pobliżu krążka	potwierdzone

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 06.2024



