

# Świadectwo Kontroli Jakości

## Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **O**

Symbol katalogowy **CBMO-8**

**PRZEZNACZENIE:**  
**do określania w moczu**  
**307**  
**i innych płynach ustrojowych**  
**obecności czynnika hamującego**  
**wzrost bakterii Gram-dodatnich**  
**i/lub Gram-ujemnych**

**Seria 2407**  
**Data ważności 202507**

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
21. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
22. Nadruk na krążku	bez nadruku	potwierdzone
23. Kolor krążka	biały	potwierdzone
24. Jałowość	badanie jałowości wykonano zgodnie z FP VI	potwierdzone

**Przeprowadzona kontrola jakości**

Kraków 07.2025

