

Świadectwo Kontroli Jakości

Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne EF

Symbol katalogowy CBMEF-3

PRZEZNACZENIE:
do różnicowania szczepów
Enterococcus faecalis
i *Enterococcus faecium*

Seria 2410
Data ważności 2025.10

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
81. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
82. Nadruk na krazku	EF	potwierdzone
83. Kolor krazka	biały	potwierdzone
84. Substancja aktywna	chlerek 2,3,5 trifenyloctetrazoliny i NaCl	potwierdzone
85. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona w temp. 35°C przez 24 godz. wzrost i nasilenie zabarwienia (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją) wzrost na całej linii posiewu oraz charakterystyczne zabarwienie od koloru różowego do ciemno bordowego zarówno na linii posiewu jak i pod krazkiem	potwierdzone strefa wzrostu i zmiany zabarwienia
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212		potwierdzone
<i>Enterococcus faecium</i> ATCC 27270	równomierny wzrost na całej linii posiewu przy równoczesnym braku zabarwienia	potwierdzone
<i>Streptococcus bovis</i> ATCC 49475	zahamowanie wzrostu na linii posiewu wokół krazka	potwierdzone

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 10.2024

