

Świadectwo Kontroli Jakości

Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **BC**

Symbol katalogowy **CBMBC-6**

PRZEZNACZENIE:

do różnicowania bakterii
z rodzaju *Moraxella*
od bakterii z rodzaju *Neisseria*

Seria **2504**

Data ważności **2026.04**

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
36. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
37. Nadruk na krażku	BC	potwierdzone
38. Kolor krażka	pomarańczowy	potwierdzone
39. Substancja aktywna	glukoza i błękit bromotymolowy	potwierdzone
40. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona w temp. 35°C przez 24 godz. zmiana zabarwienia wokół krażka i/lub pod niebiesko-zielona żółta	potwierdzone zmiana zabarwienia potwierdzone potwierdzone
<i>Moraxella catarrhalis</i> ATCC 25238 <i>Neisseria sp.</i> ATCC 23970		

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 04.2025

