

Świadectwo Kontroli Jakości
Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne BVX

Symbol katalogowy **CBMBVX-9**

PRZEZNACZENIE:
do wykrywania i izolacji
pałeczek z rodzaju *Haemophilus*

Seria 2504
Data ważności 2026.04

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
31. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
32. Nadruk na krążku	BVX	potwierdzone
33. Kolor krążka	oliwkowo-szary	potwierdzone
34. Substancja aktywna	bacytracyna B, czynnik V i X	potwierdzone
35. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona w temp. 35°C przez 24 godz. strefa wzrostu (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją) wzrost w pobliżu krążka wzrost w pobliżu krążka	potwierdzone strefa wzrostu potwierdzone potwierdzone
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49247 <i>Haemophilus parainfluenzae</i> ATCC 7901		

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 04.2025

