

Świadectwo Kontroli Jakości

Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne **F**

Symbol katalogowy **CBMF-4**

PRZEZNACZENIE:
do różnicowania bakterii
z rodzaju *Staphylococcus*
od bakterii z rodzaju *Micrococcus*

Seria 2505
Data ważności 2026.05

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
26. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
27. Nadruk na krażku	F	potwierdzone
28. Kolor krażka	jasno żółty	potwierdzone
29. Substancja aktywna	furazolidon	potwierdzone
30. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona w temp. 35°C przez 24 godz. strefa zahamowania wzrostu (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją)	potwierdzone strefa zahamowania wzrostu
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 <i>Micrococcus luteus</i> ATCC 9341	26-29 mm 9 mm	26 mm 9 mm

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 05.2025

