

Świadectwo Kontroli Jakości
Quality Control Certificate

Krażki diagnostyczne N

Symbol katalogowy **CBMN-5**

PRZEZNACZENIE:
do identyfikacji
Staphylococcus saprophyticus

Seria 2505
Data ważności 2026.05

Parametry	Teoretyczne wyniki	Uzyskane wyniki
31. Wygląd	Krażek bibułowy o średnicy 9 mm	potwierdzone
32. Nadruk na krążku	N	potwierdzone
33. Kolor krążka	biały	potwierdzone
34. Substancja aktywna	nowobiocyna	potwierdzone
35. Reakcja wobec szczepów wzorcowych	na podłożu Mueller-Hintona w temp. 35°C przez 24 godz. strefa zahamowania wzrostu (test wykonany zgodnie z załączoną instrukcją)	potwierdzone strefa zahamowania wzrostu
<i>Staphylococcus saprophyticus</i> ATCC 49453 <i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	9 mm 31-33 mm	9 mm 31 mm

Przeprowadzona kontrola jakości

Kraków 05.2025

